labmaterial.ch
Laborgeräte zu fairen Preisen.

Labmaterial GmbH
Rosenweg 3
6072 Sachseln
+41 77 533 28 21
info@labmaterial.ch

Fiche technique Concentré de nettoyage pour bains à ultrasons – acide (détartrant)

Concentré de nettoyage avec un excellent pouvoir dissolvant pour le calcaire et les autres dépôts minéraux. Convient aussi à l'élimination des graisses et huiles animales et végétales. Ne dégage pas de vapeurs corrosives.

Propriétés et utilisation

- Pour le calcaire et les dépôts minéraux
- Conditionnements : 250mL et 1000mL ; 10L sur demande
- Ne convient pas aux pièces très sensibles aux acides
- Respecter la fiche technique et l'étiquette

Remarques : Ne pas utiliser pour les pièces très sensibles aux acides. Pour ces pièces, nous recommandons du savon liquide classique ou notre nettoyant spécial neutre.



Flacons de 250mL et 1000mL.

Données du produit

Caractéristique	Indication
Codes produits	2803 (250mL) / 2804 (1000mL)
Type de produit	Détartrant acide
pH du concentré	1,5
pH à 1%	2,5
Groupes de composants	Acide phosphorique, tensioactifs non ioniques, parfums, eau
Durée de conservation	2 ans
Restriction de matériaux	Ne pas utiliser sur la pierre calcaire ni la pierre reconstituée
Dosage	10–100mL pour 1L d'eau (1–10%)
Mention de danger	H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Utilisation : Ajouter 100–1'000mL à 10L d'eau. Le chauffage du bain à ultrasons améliore l'efficacité du nettoyage. Les pourcentages se rapportent au volume d'eau. Adapter la température au matériau et aux salissures ; respecter la fiche technique et l'étiquette.

Sécurité : En cas de contact du nettoyant avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. Éviter tout contact prolongé de la peau avec les solutions diluées. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Le port de lunettes de protection et de gants est recommandé. Tenir hors de portée des enfants.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Sous réserve de modifications techniques sans préavis.